

MRI 検査を受けられる患者様へ

●アルミニウムが使用されている貼付薬について

貼付薬を貼ったままMRI 検査を受けると

貼付薬が熱をもち、火傷を引き起こす可能性があります。


貼付薬の支持体に入っている金属(アルミニウム)によるものです。

MRI 検査の前に貼付薬をはがして頂きますので、お願いいたします。

例) 商品名

ニトロダーム TTS

ニコチネル TTS



※上記以外にも対象となる貼付薬がありますので、貼付してきた場合は担当技師にお声がけください。

●コンタクトレンズの着用について

着用している場合はレンズをはずして検査して頂くこととなりますので、予めご了承ください。また、コンタクトレンズ保管容器および生理食塩水を準備しておりますので必要な方はMRI 検査担当技師にお声がけください。

カラーコンタクトレンズ(黒目ふちどり用も含む)は着用せずにお越しください。一部の製品に『色素として酸化鉄などの金属』を使用しているコンタクトレンズがあります。着用したままMRI 検査を受けると、発熱による角膜や眼球への障害の可能性があり危険ですのではずしてお越しください。